



**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **164/2020**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P)**  
*Número da Licitação:* **102/2020**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 1**

O(A) Secretaria Municipal de Planejamento, Edna Maria Lopes Dias, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 164/2020 na modalidade REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 102/2020, objeto:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, e o adjudica para as empresas:

<b>Não Ofertados</b>					<b>CPF/CNPJ:</b>
<b>Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qtde</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>V. Total</b>	<b>Marca</b>
2,00	UN	2.500,00		0,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> CATETER NASAL TIPO OCULOS INFANTIL					
Especificações técnicas: Extensão em PVC e cânula em silicone Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado; Estéril; Embalagem com 1 unidade; Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso único). - Medida interna do prong.: 1,45mm, - Medida interna da conexão: 5,89mm, - Medida externa do prong.: 1,98mm, - Medida externa da conexão: 11,28mm;					
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%		
3,00	UN	1.800,00		0,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> CATETER NASAL TIPO OCULOS PEDIATRICO					
Especificações técnicas: Extensão em PVC e cânula em silicone Pode ser utilizado com extensões de até 20m; Transparente; Fluxo contínuo; Compatível com cilindros e concentradores de oxigênio; Embalado individualmente em embalagem plástica, esterilizado por radiação gama; P.V.C. Atóxico Siliconado; Estéril; Embalagem com 1 unidade; Atóxico; Aspirogênico; Descartável (Uso único). - Medida interna do prong.: 2,59mm, - Medida interna da conexão: 5,42mm, - Medida externa do prong.: 3,38mm, - Medida externa da conexão: 11,24mm;					
<b>Desconto Ofertado</b>			0,00%		
4,00	UND	40,00		0,00	
<b>DESCRIÇÃO:</b> CILINDRO DE ALUMÍNIO DE O <sup>2</sup>					
Cilindro de Oxigênio em alumínio - 10L - sem carga Cilindro de oxigênio medicinal com capacidade para 10 litros, especialmente					





**Município de Itajubá**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

*Processo Licitatório:* **164/2020**  
*Modalidade:* **REGISTRO DE PREÇOS (P**  
*Número da Licitação:* **102/2020**  
*Aquisição de:* **Materiais**  
**Página: 3**

**Itajubá, em 18 de janeiro de 2021**

**Edna Maria Lopes Dias**  
Secretaria Municipal de Planejamento